

第四章 采购项目需求及有关要求

超声电子胃镜技术参数

序号	项目	要 求
1 功能	1.1	上消化道超声探查
2 配置	2.1	超声电子胃镜 1套
	2.2	提供产品配置清单
3 性能	3.1	扫描方式： 电子扫描
	3.2	探头方式： 扇形扫描
	3.3	扫描模式： 彩色多普勒/B 超
	3.4	扫描频率： 5-10Mhz 可调
	3.5	扫描方向： 纵轴
	3.6	扫描角度： $\geq 120^\circ$
	3.7	水囊： 可拆卸型
	3.8	观测方向： 向前 50° 斜视
	3.9	可视野角度： $\geq 120^\circ$
	3.10	可观察景深： 5—100mm
	3.11	先端硬性部外径： $\leq 11.5\text{mm}$
	3.12	软性插入部外径： $\leq 10.8\text{mm}$
	3.13	器械通道内径 $\geq 2.8\text{mm}$
	3.14	转弯角度： 上 $\geq 130^\circ$ ； 下 $\geq 130^\circ$ ； 右 $\geq 120^\circ$ ； 左 $\geq 120^\circ$
	3.15	有效长度： 1250mm

	3.16	扫描模式：B、M 模式、弹性成像、彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒
	3.17	可作超声引导下穿刺, 超声图像可全程监视配件在粘膜下的插入角度及深度
	3.18	对应体表凸阵探头：扫描深度 ≥ 300 mm
	☆3.19	和现有设备匹配兼容
4 网络	4.1	无
5 售后	5.1	整机保修，不少于 2 年
	5.2	提供每年，每季度设备维护保养
6 培训计划	6.1	提供两人次两周国内一线城市三甲医院学习培训